

„ДЪГА ПЛЮС“ ООД

Гр.София, кв. Илиянци, ул. Петуния 22
gsm: 02/8380518; e-mail: dugaplus@abv.bg

Сертификат за качество Certificate of quality

Наименование на продукта /Name of product /: Ацетон / Acetone /

Партида / Consignment of goods № 3, Стандартизационен документ/Norm: Проспект/
Prospectus, Количество/Quantity/: 800 kg Дата/Date/: 16.10.2017

Показатели Property	Норма Norm	Резултати от анализа Analysis Result
1. Външен вид Appearance	Прозрачна, лесно подвижна течност Transparent, free moving liquid	Отговаря Corresponds
2. Плътност при 20 °C в г/см ³ в граници Density 20 °C, g/ml	0,790– 0.792	0.7905
3. Цвят, Платинено-Кобалтова скала Color, Platinum-Cobalt	Макс. 5 Max. 5	< 5
4. Чистота, в масови % Purity, % wt	Мин. 99.9 Min. 99.9	99.97
5. Перманганатен индекс, минути Permanganate time, minutes	Мин. 120 Min. 120	> 240
6. Индекс на рефракция, nD ₂₀ Refractive index, nD ₂₀	1.358-1.360	1.3586
7. Съдържание на вода, в масови % Content of water, % wt	Макс. 0.2 Max. 0.2	0.178
8. Дестилация при 101.3 кПа (1 атм) - начална точка на кипене (НТК), °C - точка на изсъхване (ТИ), °C - интервал (НТК – ТИ), °C Distillation at 101.3 kPa - Initial boiling point (IBP), °C - Dry point (DP), °C - Range (IBP – DP), °C	Макс. 1.0 Max. 1.0	55.9 56.2 0.3 55.9 56.2 0.3
9. Нелетлив остатък, в масови % Non-volatile matter, % wt	Макс. 0.001 Max. 0.001	< 0.001
10. Алкалност, в масови % амоняк Alkalinity, % wt as ammonia	Нула Zero	Нула Zero
11. Смесване с вода Water miscibility	напълно pass	отговаря pass
12. Киселинност като CO ₂ , масови % Acidity as CO ₂ , % wt	Макс. 0.0006 Max. 0.0006	0.0006

Забележка: Продуктът отговаря на посочените норми. This product corresponds to the norms.

Анализира: *Йорданка Николова*
Analyzed by:

Управител: *Лидия Ганева*
Manager:

„АРГОС 71“ ЕООД

тел./факс: 02 868 91 72/02 838 12 46
мобилен: 0889 392 709/0887 979 258
e-mail: argos71.bb@gmail.com

